

NEURO – IOM (v. 2)

Sistema Multimodal de Monitoreo Neurofisiológico Intraoperatorio

El control de la integridad de los sistemas centrales y periférico durante la cirugía reduce el riesgo de déficit neurológico postoperatorio y mejora el resultado quirúrgico



Distribuidor Autorizado en México, CODITECH.

Cerrada Congreso 54 Col. Colinas, Hermosillo Sonora Mex.
C.P. 83145

Ofic. +52 1 662 267 8958 WhatsApp. +52 1 662 467 6279

ventas@coditech.mx www.coditech.mx



Neuro-IOM es una solución modular de vanguardia que combina años de conocimiento y experiencia en el ambiente clínico y de investigación. Debido a sus opciones de configuración flexible el sistema puede reunir con más exactitud necesidades de ambas especialidades cirugía y Neuro monitorización.

El sistema de alto desempeño otorga gran flexibilidad al usuario. En las configuraciones predefinidas se encuentran los procedimientos quirúrgicos más usados asegurando un flujo de trabajo simple gracias a su interfaz intuitiva. Cualquier parámetro puede ser cambiado e interpretado fácilmente durante la grabación. La información de video y audio sincronizado contribuye a un mejor y más confiable resultado.

Nos encontramos dominando la tecnología más reciente, implementando herramientas y un software robusto para nuestros dispositivos de IONM.





SOLUCION INTEGRAL PARA EL CUARTO DE OPERACIONES

Neuro-IOM es nuestro más reciente desarrollo en monitoreo intraoperatorio neurofisiológico. El sistema asegura un alto rendimiento en todas las funciones debido a la alta calidad y bajo ruido de la señal de adquisición. Pantalla de opciones configurables y una retroalimentación auditiva y visual. El diseño moderno con salidas y ranuras para el amplificador codificado con colores permite al especialista un rápido inicio a los procedimientos.



VIDEO DE HASTA TRES CÁMARAS O MICROSCOPIO



RUEDAS DE FÁCIL MOVILIDAD PARA TRASLADAR EL SISTEMA FÁCILMENTE



IMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN DURANTE EL MONITOREO



CAJA CON LLAVE PARA GUARDAR DOCUMENTOS Y PAPEL



AMPLIFICADOR ADICIONAL PARA EXPANDIR EL IOM HASTA 64 CANALES



UNIDAD ELECTRÓNICA DE 32/16 CANALES EN EL CONJUNTO DE




ESTIMULADOR Y RANURAS DE ADQUISICIÓN CON 5 METROS DE CABLE FÁCIL



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema Neuro-IOM consiste en una unidad electrónica que incluye amplificadores y estimuladores y algunas ranuras con extensión de 5 metros de cable, conjunto de electrodos especiales y software dedicado




Características Principales

- 1 Amplificador de hasta 64 canales universales
- 2 Hasta 4 canales dedicados para EMG, NCS y PE
- 3 Hasta 16 canales para estimulador eléctrico
- 4 Hasta 3 canales de estimulador de corriente baja
- 5 Hasta 4 canales para estimulador eléctrico transcraneal (Pueden ser cambiados a salidas diferentes)
- 6 Canales para Estimulador Auditivo
- 7 Canales para estimulador visual
- 8 Hasta 4 canales para detector ES
- 9 Canales del Estimulador por Patrón

Los potenciales Evocados motrices (MEP) son usados para el control de las vías motrices, los potenciales evocados somato sensitivos (SSEP) para controlar las vías sensitivas, electroencefalograma (EEG) para evaluar la profundidad anestésica, isquemia cerebral, anomalías epileptiformes y estimulación directa del nervio periférico evaluando su integridad. Básicamente muchas otras modalidades (Registro EMG, AEP, VEP, etc.) pueden ser grabados.

SWITCH ELECTRÓNICO
NEURO-TES



RANURA DE ADQUISICIÓN (A)
NEURO-IOM

MODALIDADES IOM

El sistema Neuro-IOM es entregado con plantillas pre configuradas para asegurar las siguientes modalidades: EMG, estimulación nerviosa directa incluyendo Pedículo de tornillo, SSEP, MEP, EEG, AEP, VEP, ECoG, estimulación cortical directa, Estimulación de tren de cuatro (TOF)

OPCIONES:

Monitoreo de profundidad anestésica, grabación de SpO₂

APLICACIÓN PRACTICA DE MODALIDADES:





- Potenciales evocados motrices (MEP) para evaluar la integridad de la vía motriz.
- Potenciales evocados somato sensitivos (SSEP) para evaluar la integridad de la vías sensitivas y detectar isquemia cortical cerebral
- EEG para grabar y analizar la actividad cerebral (Estado funcional del cerebro).
- Estimulación directa para control la integridad funcional y los nervios periféricos.

RANURA DEL ESTIMULADOR ELÉCTRICO
(DE 1-4 CANALES)

RANURA DE ESTIMULADOR
DE CORRIENTE BAJA

RANURA DE ADQUISICIÓN (B)
NEURO-IOM

RANURA DEL ESTIMULADOR ELÉCTRICO
(DE 5-8 CANALES)



MONITOREO INTRAOPERAZTORIO NEUROFISIOLÓGICO MULTIMODAL



Estimulador eléctrico transcraneal

Para estimular la corteza motora para provocar potenciales de unidad motriz (MEPs) en músculos periféricos. Los MEPs permiten especialmente el monitoreo de la integridad de las vías motrices




Switch Electrónico TES

Durante el monitoreo a menudo es conveniente cambiar el sitio de estimulación, por ejemplo, estimular el lado derecho o izquierdo, área del brazo o la pierna. Por esta razón se provee un Switch electrónico especial. Con 4 pares de salidas para los electrodos de estimulación. Un par de salidas son para entregar el estímulo que puede ser escogido en el software Neuro-IOM.NET. El electrodo de tirabuzón es comúnmente usado para la estimulación eléctrica transcraneal



Estimulador de corriente baja

Para estimulación directa de la corteza, estimulación directa del nervio. Durante la estimulación directa del nervio un cirujano puede aplicar corriente eléctrica en el área de operación con una sonda especial. Esta baja corriente es entregada por la sonda. Los electrodos de grabación son colocados en el musculo y conectados al amplificador. Tan pronto el cirujano estimula el musculo con la sonda el sistema podrá grabar la respuesta muscular obtenida, así el especialista podrá conocer la localización del nervio. Durante la estimulación cortical directa los MEPs son obtenidos cuando el cirujano estimula la corteza abierta permitiendo el mapeo del área cerebral



Ranura del estimulador de corriente baja

La ranura con 5 metros de cable es usada para sujetar diferente electrodos para la estimulación directa del nervio. En el amplio rango de la sonda se puede usar: Aguja monopolar, bipolar, concéntricas, de gancho, etc.

Aplicaciones IOM:

1. Cirugía espinal:

- Cervical/torácica/descompresión lumbosacra
- Posicionamiento del Pedículo de tornillo
- Temores intra/extra medulares
- Escoliosis
- Síndrome de atado espinal
- Rozotomía dorsal

2. Cirugía vascular

- Cirugía de la aorta
- Reemplazo de vaso sanguíneo
- Endarterectomía
- Cirugía cardiaca




Estimulador eléctrico de 8 Canales

Este dispositivo permite la estimulación de hasta 8 nervios simultáneamente o en cualquier secuencia para los potenciales evocados Somato sensitivos (SSEP). Usando el amplificador es posible grabar los potenciales obtenidos de varios sitios a lo largo de diferencia vías del sistema nervioso. Los SSEPs son sensibles a los eventos periféricos, lesión espinal y a cambios en el flujo sanguíneo (isquemia cerebral)



Amplificador

El sistema está equipado con el confiable amplificador insonorizado neurofisiológico universal permitiendo una alta calidad en la adquisición de EMG, EEG y PE multimodales. El sistema puede ser entrega con 16 – 32 o 64 canales bipolares según el cliente (16 – 32 y 64 canales, el amplificador puede tener 32 – 64 o 128 salidas respectivamente)



Ranura del Estimulador Electrico

El sistema está equipado con 2 ranuras para estimuladores eléctricos (para canales 1-4 y 5-8). Cada ranura tiene 4 pares de salidas para unir los electrodos de estimulación. Estas salidas pueden funcionar simultáneamente. Los electrodos son colocados en las extremidades superiores y otro en las inferiores

Ranura de adquisición

El sistema está equipado con algunas ranuras con 5 metros de cable y proteger los electrodos de estimulación. Los electrodos son colocados de acuerdo a la posición de la prueba seleccionada. La señal de adquisición en el IOM es muchas veces hecha con la agujas subdermal o el electrodo de tirabuzón.

3. cirugía cerebral. Monitoreo intraoperatorio craneal y cerebral. Mapeando las áreas funcionales de la corteza cerebral y del tallo cerebral:

- Tumores cerebrales (u otras anomalías en el área cortical visual, motriz, sensitiva y auditiva)
- Monitorización del nervio facial
- Cirugía de epilepsia
- Monitorización del nervio de la laringe durante la cirugía de cuello
- Cirugía de desorden de movimiento.
- Monitorización del área chiasmo-sellar (CSAB)
- Aneurisma



Ventana de Datos

Las curvas de diferentes modalidades pueden ser mostradas simultáneamente (SSEP, MEP, EMG, etc.). Y también es posible ver las últimas curvas obtenidas o curvas en "Modo Cascada" con el tiempo astronómico y el tiempo que lleva la cirugía. La curva actual puede ser comparada con alguna ya guardada.




Grabación de Video durante la cirugía

Hasta 3 cámaras arriba mostrando el procedimiento pueden ser colocadas en pantalla. El video en grabado y sincronizado con otros datos



Ventana "Tendencia"

Es posible mostrar una gráfica dinámica durante la cirugía mostrada como tendencia



Monitorización de Reportes

El software permite generar de manera automática reportes en formato .RTF o formato .doc. El reporte incluye gráficos y comentarios de texto, los cuales pueden ser editados usando el editor incluido en el software y Microsoft Word e impresos en una impresora de oficina.

NEURO-IOM VERSIONS



USB CONNECTION



NEURO-IOM

64/B

32/B

Canales IOM	64	32
Canales dedicados para EMG, NCS y PE	4	2
Canales de Estimulación Eléctrica	16	12
Canales de Estimulación Eléctrica Baja	3	2
Canales de Estimulación Eléctrica Transcraneal	4	4
Canales del Estimulador Auditivo	4	2
Canales del Estimulador Visual	4	2
Canales detector de ES	4	2
Canales del Estimulador por Patrón	2	1



32/S

16/S

32

16

2

2

4

4

1

1

-

-

2

2

2

2

2

2

1

1

El sistema puede ser entregado con una o cuatro configuraciones dependiendo de las necesidades del neurofisiólogo o los cirujanos.

Las configuración difieren en el número de canales y aplicaciones en los diferentes tipos de cirugía.

El sistema puede incluir una computadora de escritorio o laptop.

ACCESORIOS



Ranura de adquisición Neuro-IOM (8 canales 5m cable)
 Aplicación: Conexión de los Electrodo de grabación al amplificador



Ranura del Estimador eléctrico (4 canales, 5m cable)
 Aplicación: conexión de los electrodos de estimulación al estimulador eléctrico



Switch Electrónico Neuro-TES
 Aplicación: cambiar la alta amplitud del estímulo para la estimulación eléctrica Transcraneal



Ranura del Estimación de corriente baja
 Aplicación: conexión del electrodo de estimulación de corriente baja para la estimulación directa del nervio y estimulación cortical



Estimulador eléctrico Transcraneal Neuro-TES
 Aplicación: Generación de alta amplitud para la estimulación eléctrica Transcraneal



Sonda ajustable con extremidad reemplazable y controles
 Aplicación: estimulación de varias estructuras nerviosas durante la cirugía; control de las funciones del software por el cirujano en la cirugía



Estimulador de Paciente (con cables)
 Aplicación: Comprobar la funcionalidad de todos los componentes del sistema



Unidad de estimulación de 9 canales Neuro-IOM
 Aplicación: Generar estímulos por 8 canales independientes y estímulo de amplitud baja por un canal durante la cirugía



Par de electrodos de aguja monopolar retorcido

Aplicación: estimulación eléctrica y grabación de potenciales evocados a cuero cabelludo y músculos; un par de cables retorcidos garantiza inmunidad al ruido



Electrodos subdarmal de tirabuzon(cable 1.2m)

Aplicación: estimulación eléctrica transcraneal y grabación de biopotenciales desde cuero cabelludo



Sondas monopolar, bipolar y concéntricas

Aplicación: estimulación eléctrica a estructuras nerviosas (incluyendo estimulación cerebral) durante el mapeo y monitorización de funciones del área de la corteza cerebral y núcleo del nervio craneal



16 contactos (2 tiras) LTM/IOM electrodos subdural (10 mm de contacto)

Aplicación: grabación de la actividad eléctrica y estimulación de la corteza cerebral actual (electrodo posicionado directamente en la corteza cerebral)



Estimulador Auditivo

Aplicación: generación de estímulos auditivos para grabar PEAs durante la cirugía



Estimulador Visual

Aplicación: generación de estímulos de luz intermitente para grabar PEVs durante la cirugía



Detector ES

Aplicación: pausar la grabación y prevenir al sistema del almacenamiento del ruido electro quirúrgico. Sin son usados dispositivos de electro-cirugía



Electrodo de estimulación vago

aplicación: estimulación continua del nervio vago intraoperatorio



Neurosoft



Distribuidor Autorizado en México, CODITECH.

Cerrada Congreso 54 Col. Colinas, Hermosillo Sonora Mex. C.P. 83145

Ofic. +52 1 662 267 8958 WhatsApp. +52 1 662 467 6279

ventas@coditech.mx www.coditech.mx